

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210551

Výrobek: Magnetoterapeutický/stimulační přístroj UltiCare

Typ: LT-99 + adaptér FW8001M/12
s aplikátory A1C, A4C, B1C, ASE a APE (volitelné externí aplikátory)

Jmenovité hodnoty: 100-240 V, 50-60 Hz, 400-200 mA

Objednatel: 2EL, spol. s r.o.
Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Výrobce: 2EL, spol. s r.o.
Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Výrobní místo: 2EL, spol. s r.o.
Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 212128-01/01 ze dne: 17.09.2021, 212128-01/02 ze dne: 11.10.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60601-1ed.2:2007+A1:2014, ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016+A1:2021,
ČSN EN 60601-1-6ed.3:2010+A1:2015, ČSN EN 60601-1-1ed.2:2016

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 212128 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 12.10.2024

13.10.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



212128-01