

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210690

Výrobek: Magnetoterapeutický/Stimulační přístroj Bio Torus, Dia Torus

Typ: LT-100 + FW8001M/12 s aplikátory A1C, A4C, B1C, ASE a APE

Jmenovité hodnoty: 100 – 240 V~, 50 - 60 Hz, 400 - 200 mA

Objednatel: 2EL, spol. s r.o.
Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Výrobce: 2EL, spol. s r.o.
Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Výrobní místo: 2EL, spol. s r.o.
Na Staré Cidlině 663, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 212835-01/01 ze dne: 10.12.2021, 212835-01/02 ze dne: 14.12.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60601-1ed.2:2007+A1:2014, ČSN EN 60601-1-2 ed.3:2016+A1:2021,
ČSN EN 60601-1-6ed.3:2010+A1:2015, ČSN EN 60601-1-11ed.2:2016

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 212835 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 16.12.2024

17.12.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



* C E R / 1 2 1 0 6 9 0 *

212835-01